

Компас | Стоматологические Полиры/Щетки

Рекомендации для эффективного применения полиров/щеток в стоматологической практике




Профилактика

Полиры (без латекса)



Щетки и держатели




Универсальные полиры




Обработка пломб

Композит




Амальга




Вкладки · Коронки · Мосты

Керамика




Драгоценные металлы · Сплавы недорогих металлов




Частичные/полные протезы


Литые конструкции



Временные пластмассовые конструкции



Пластмассовые протезы



Предварительное полирование | Создание формы

Полирование

Высокоглянцевое полирование

Рекомендации по применению

- Прилагайте низкое контактное давление, чтобы минимизировать выделение тепла..
- При обработке композита и керамики с помощью полиров всегда используйте охлаждение.
- Осуществляйте полирование мягкими круговыми движениями.

Скорость

☉_{опт.} 5.000–6.000 об/мин

Исключения:

☉_{опт.} 1.500 об/мин при работе полирами и щетками, которые используются с полировочной пастой

Чрезмерная скорость ведет к достижению поверхности ненадлежащего качества.

Максимально разрешенная скорость указана на упаковке и в каталоге.

Несоблюдение максимально разрешенной скорости небезопасно!

Обработка

- Очистка и дезинфекция: В зависимости от характеристик материала щетки и полиры следует очищать не так, как другие вращающиеся инструменты. Используйте очищающие и дезинфицирующие средства, подходящие для полиров, например Комет ДС1 (подходит для инструментальной ванны) или слабощелочное очищающее и дезинфицирующее средство для обработки в термодезинфекторе. Следуйте инструкциям, предоставленным производителем средства. Обрабатывайте полиры в инструментальной ванне, так как эластичные материалы могут поглощать вибрации ультразвуковой ванны.
- Стерилизация: только автоклавирование
- Повторное использование одноразовой продукции (с соответствующей маркировкой ☉ на упаковке) запрещено (например: полиры с перемычкой внутри и щетки для клинического применения).

